Gx-IVF™

Vitrolife

US

en: Indication for use

Medium for preparation and handling of gametes, for in vitro fertilisation and intrauterine insemination.

Contraindications

Gx-IVF™ contains gentamicin and acetylcysteine. Do not use in patients with known hypersensitivity/ allergy to any of the components.

Product Description

SUPPLEMENTED WITH HSA.

Gx-IVF is a bicarbonate buffered medium containing human serum albumin, acetylcysteine, and gentamicin as an antibacterial agent.

Ready to use after equilibration at +37°C and 6 % CO_2 atmosphere at sea level.

The summary of safety and clinical performance can be found at www.vitrolife.com

Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

Gx-IVF is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

Media bottles can be used for up to two weeks after first opening, use aseptic technique and minimize the time outside the refrigerator. Opening of the bottle shall be limited to the time needed to remove the necessary amount of medium. Discard excess media no later than two weeks after first opening.

Directions for use

The product shall be used by an IVF professional.

The patient target group is an adult or reproductive-age population that undergoes fertility treatment.

Record the opening date on the bottle.

Gx-IVF is designed for culture in a CO_2 incubator.

Gx-IVF shall be equilibrated at 6 % CO_2 and +37°C for no less than 6 hours and until correct pH has been attained before use. The dish or tube shall not be kept in incubator for more than 72 hours.

To obtain desired pH, the incubator CO_2 level may have to be adjusted taking into account incubator characteristics and environmental conditions such as altitude.

Sperm preparation - swim-up method
Equilibrate Gx-IVF according to above. Pipette 1 mL semen into a tube, overlay with 2 mL equilibrated Gx-IVF and allow swim-up for 30-60 minutes. Aspirate the top layer and transfer to a clean tube. For washing, add 5 mL Gx-IVF, mix and centrifuge for 5-10 minutes at 300-600 g. Perform a second wash if required. Discard the supernatant and re-suspend the pellet in 0.5-1 mL Gx-IVF.

Sperm preparation - density gradient centrifugation
Equilibrate Gx-IVF according to above. For preparation of density gradients for sperm cell separation, follow the instruction for the applied density gradient solution. After centrifugation, perform one or two wash steps with Gx-IVF as described in the swim-up method above.

Oocyte culture
Prepare dishes with Gx-IVF droplets (≥ 100 µL) under oil for ART procedures, or use a large volume (≥ 500 µL) with or without oil cover. Equilibrate according to above. Following oocyte collection procedure, rinse the cumulus-oocytes complexes at least two times in Gx-IVF, to remove red blood cells and collection medium, before culture.

Fertilization
For fertilization, selected sperm cells in Gx-IVF can be added to the oocytes, or oocytes in Gx-IVF can be added to sperm cells. Number of sperm cells used for insemination and exposure time are according to laboratory procedures.

Intrauterine insemination
Process the semen sample by swim-up or density gradient centrifugation as outlined above. Process the fraction of prepared semen in Gx-IVF for IUI according to laboratory procedures.

Specifications

Aseptically filtered	
Mouse Embryo Assay, 1-cell [% embryos developed to expanded blastocyst at 96 hours]	≥ 80
Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL]	< 0.25
Human sperm survival [% motility of control after 24 hours]	≥ 80
pH tested	
Osmolality tested	

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

Precautions

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-IVF if it appears cloudy.

Gx-IVF contains human serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/ II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife´s IVF media, has not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Not for injection.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Symbols glossary

*Medical devices – Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer (ISO 15223-1:2021).

Symbol	Title	Reference and symbol ID
	Consult instructions for use	* Ref no: 5.4.3
	Caution	* Ref no: 5.4.4
	Manufacturer	* Ref no: 5.1.1
	Date of manufacture	* Ref no: 5.1.3
	Use-by date	* Ref no: 5.1.4
LOT	Batch code	* Ref no: 5.1.5
REF	Catalogue number	* Ref no: 5.1.6
STERILE A	Sterilized using aseptic processing techniques	* Ref no: 5.2.2
	Single sterile barrier system	* Ref no: 5.2.11
	Keep away from sunlight (light sources)	* Ref no: 5.3.2
	Temperature limit	* Ref no: 5.3.7
	Contains human blood or plasma derivatives	* Ref no: 5.4.6
	Contains a medicinal substance	* Ref no: 5.4.7
MD	Medical Device	* Ref no: 5.7.7
CE 2460	CE Mark (Conformité Européen)	European conformity (CE) mark with Notified Body identification number as defined in Regulation (EU) 2017/745 Annex V

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use (Rx only).

CHINA

zh: 洗精受精液Gx-IVF™产品说明书

产品名称: 洗精受精液

适用范围

产品适用于配子准备和处理以及体外受精培养和宫腔内人工授精。

型号: Gx-IVF™, 10171

规格: 1x60 mL

医疗器械注册证: 国械注进20253180091

产品技术要求编号: 国械注进20253180091

禁忌证

Gx-IVF™含有庆大霉素和乙酰半胱氨酸。请勿在已知对该组分敏感/过敏的患者中使用。

产品描述

已添加人血清白蛋白(HSA)。

Gx-IVF是一种碳酸氢盐缓冲培养液，含有乙酰肉碱、乙酰半胱氨酸、丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、天冬酰胺、天冬氨酸、氯化钙、乙二胺四乙酸、果糖、硫酸庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、甘氨酸、人血清白蛋白、硫辛酸、硫酸镁、氯化钾、脯氨酸、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、牛磺酸、注射用水。

在海平面(零海拔地区)+37°C和6% CO2环境中平衡后即可使用。非海平面地区，建议根据所处海拔实际情况适当调整CO2浓度以达到目标pH值。

安全性和临床效果的总结可以在 www.vitrolife.com 找到

储存条件和稳定性

避光储存于+2至+8°C。运输过程中温度可以超过8°C，但不超过12°C，且最长时间不超过7天。

Gx-IVF在包装瓶标签和该批次的分析证书上显示的有效期之前是稳定的。

培养液瓶子在首次打开后最多可使用两周，使用无菌技术并尽量减少在冰箱外的时间。瓶子的打开应限制在取出必要量的培养液所需的时间内。首次打开后不迟于两周丢弃多余的培养液。

使用方法

该产品应由IVF专业人士使用。

患者目标人群是接受生育治疗的成人或育龄人群。

在瓶子上记录开瓶日期。

Gx-IVF专为在CO_2培养箱中培养而设计。

Gx-IVF应在6% CO2和+37°C下平衡不少于6小时，直到达到正确的pH值才能使用。培养皿或试管在培养箱中的保存时间不得超过72小时。

为获得所需的pH值，可能需要调整培养箱的CO2水平，同时考虑培养箱的特性和海拔等环境条件。

精子制备–上游法

根据上述平衡 Gx-IVF。吸取1mL精液至试管中，覆盖2mL平衡后的 Gx-IVF并允许上游30-60分钟。吸出顶层并转移到干净的试管中。洗涤时，加入5mL Gx-IVF，混合并以300-600 g离心5-10分钟。如果需要，请进行第二次洗涤。丢弃上清液并将沉淀物重新悬浮在0.5-1 mL Gx-IVF中。

精子制备-密度梯度离心

根据上述平衡Gx-IVF。要为精子细胞分离准备密度梯度，请按照所应用的密度梯度溶液的说明进行操作。离心后，使用Gx-IVF执行一到两个洗涤步骤，如上述上游法中所述。

卵母细胞培养

在油下为ART程序准备带有Gx-IVF液滴(≥ 100 µL)的培养皿，或使用带或不带油盖的大体积 (≥ 500 µL)。按上述平衡。

在卵母细胞采集程序之后，在Gx-IVF中冲洗卵冠丘复合物至少两次，以在培养前去除红细胞和收集培养液。

受精

对于受精，可以将在Gx-IVF中选定的精子细胞添加到卵母细胞中，或者可以将Gx-IVF中的卵母细胞添加到精子细胞中。用于授精的精子细胞数量和暴露时间根据实验室程序。

宫内人工授精

通过上述上游或密度梯度离心处理精液样本。

根据实验室程序处理用于IUI的在Gx-IVF中准备好的精液部分。

规范

经无菌过滤	
鼠胚试验，1-细胞 [96小时胚胎发育至扩张囊胚%]	≥ 80
细菌内毒素 (LAL试验) [EU/mL]	< 0,25
人精子存活 [24小时后对照的活力%]	≥ 80
经pH测试	
经渗透压测试	

该批次的测试结果可在每次交付时提供的分析证书上获得。

注意事项

产品为无色透明溶液，在推荐的储存条件下可以保持稳定。如果瓶子完整性受损，请丢弃产品。如果出现浑浊，请勿使用Gx-IVF。

Gx-IVF含有人血清白蛋白。

注意：所有血液制品都应被视为具有潜在传染性。在检测HIV、HBc、HCV和HTLV I/II 抗体时，发现该产品的来源材料为阴性，并且对HbsAg、HCV RNA和HIV-1 RNA和梅毒无反应性。没有已知的测试方法可以保证从人血中提取的产品不会传播传染源。

为避免污染，Vitrolife强烈建议仅在无菌技术下打开和使用培养液。

本产品建议与Vitrolife公司的IVF系列培养液配套使用。

产品的初级包装不含双酚A(BPA)、邻苯二甲酸酯、乳胶和/或高度关注物质(SVHC)。IVF培养液 (包括Vitrolife的IVF培养液) 的生殖毒性和发育毒性风险尚未确定也不明确。

与此产品相关的任何严重事故都应报告给制造商和用户/患者所在国的监管部门。

不能作为注射用剂使用。

程序完成后，根据医疗危险废物的标准临床实践丢弃产品。

符号说明

符号	符号名称
	查阅使用说明书、电子使用说明书
	警告
	制造商
	生产日期
	有效期
LOT	批号
REF	产品编号
STERILE A	经无菌加工技术灭菌
	单层无菌屏障系统
	怕晒
	温度极限
	含有人体血液或血浆衍生物
	含有药物
MD	医疗器械
CE 2460	CE 标记 (Conformité Européenne)

注意：联邦 (美国) 法律限制本设备只能由受过其使用培训的医生或执业医师销售或按其指示销售 (仅限 Rx)。

RUSSIA

ru: Показание к применению

Среда для подготовки и обработки гамет, для оплодотворения in vitro, а также для внутриматочной инсеминации.

Противопоказания

Среда Gx-IVF™ содержит гентамицин и ацетилцистеин. Не использовать для пациентов с установленной повышенной чувствительностью или аллергией на любой из этих компонентов.

Описание продукта

ДОПОЛНЕН ЧСА

G-IVF™ представляет собой среду с бикарбонатной буферной системой, содержащую человеческий сывороточный альбумин, ацетилцистеин и гентамицин в качестве антибактериального агента.

Готова к использованию после уравновешивания при +37 °C в атмосфере 6 % CO_2.

Краткие сведения о безопасности и клинических характеристиках можно найти на сайте www.vitrolife.com

Условия хранения и стабильность

Хранить в темном месте при температуре от +2 до +8 °C.

Среда Gx-IVF остается стабильной до истечения срока годности, указанного на этикетке, а также в Сертификате анализа к конкретному ЛОТУ.

Флаконы со средами могут быть использованы в течение двух недель после вскрытия; используйте асептическую методику и минимизируйте время нахождения вне холодильника. Флакон может оставаться открытым только на время, необходимое для взятия требуемого количества среды. Утилизируйте остатки сред не позднее, чем через две недели после вскрытия.

Инструкция по применению

Продукт предназначен для использования специалистами в области ЭКО.

Целевая группа пациентов – взрослые люди репродуктивного возраста, проходящие процедуру лечения бесплодия.

Зафиксируйте дату вскрытия на флаконе.

Среда Gx-IVF предназначена для культивирования в CO_2-инкубаторе.

Перед использованием среда Gx-IVF подлежит обязательному уравновешиванию при 6 % CO_2 и +37 °C в течение не менее 6 часов и до тех пор, пока не будет достигнуто надлежащее значение pH. Чашка или пробирка не должна находиться в инкубаторе дольше 72 часов.

Для получения желаемого pH концентрацию CO_2 инкубатора, возможно, придется скорректировать с учетом характеристик инкубатора и условий окружающей среды, таких как высота.

Подготовка спермы — метод флотации (swim-up)
Выполните уравновешивание Gx-IVF, как указано выше. Перенесите пипеткой 1 мл спермы в пробирку, покройте сверху 2 мл уравновешенной среды Gx-IVF и оставьте для флотации на 30–60 минут. Аспирируйте верхний слой среды и перенесите в чистую пробирку. Для промывки добавьте 5 мл Gx-IVF, перемешайте и центрифугируйте в течение 5–10 минут при 300–600 g. При необходимости повторите промывку. Удалите надосадочную жидкость и ресуспендируйте осадок в 0,5–1 мл среды Gx-IVF.

Подготовка спермы – метод центрифугирования в градиенте плотности
Выполните уравновешивание Gx-IVF, как указано выше. Для подготовки градиентов плотности для разделения сперматозоидов следуйте инструкции по применяемому раствору с градиентом плотности. После центрифугирования выполните одну или две промывки средой Gx-IVF, как указано выше в описании метода флотации.

Культивирование ооцитов
Подготовьте чашки с каплями среды Gx-IVF (≥ 100 мкл), покрытыми маслом для ВРТ-процедур, или используйте большой объем (≥ 500 мкл) с масляным покрытием или без него. Выполните уравновешивание, как указано выше. Выполнив процедуру сбора ооцитов, перед началом культивирования промойте ооцит-кумулюсные комплексы в среде Gx-IVF не менее двух раз, чтобы удалить эритроциты и среду для сбора.

Оплодотворение
Для оплодотворения можно добавить отобранные сперматозоиды в среде Gx-IVF ооцитам или добавить ооциты в среде Gx-IVF к сперматозоидам. Число сперматозоидов, используемых для инсеминации, и время воздействия соответствуют процедурам, принятым в лаборатории

Внутриматочная инсеминация
Обработайте образец спермы методом флотации или центрифугирования в градиенте плотности, как указано выше. Обработайте фракцию подготовленной спермы в среде Gx-IVF для BMI в соответствии с процедурами, принятыми в лаборатории.

Спецификация

Профильтровано с использованием асептической методики	
Анализ эмбрионов мышей, 1-клеточный [% эмбрионов, развившихся до уровня расширенной бластоцисты за 96 часов]	≥ 80
Бактериальные эндотоксины (LAL-тест) [ЕЭ/мл]	< 0,25
Выживаемость человеческих сперматозоидов человека [% подвижности контроля через 24 часа]	≥ 80
Контроль pH	
Тест на осмоляльность	

Результаты тестов для конкретного ЛОТА доступны в Сертификате анализа, предоставляемом с каждой поставкой.

Меры предосторожности

Утилизируйте продукт, если нарушена целостность флакона. Не используйте среду Gx-IVF, если она стала мутной.

Среда Gx-IVF содержит человеческий сывороточный альбумин.

Внимание: все препараты крови следует считать потенциально патогенными. Исходное сырье, из которого был получен данный продукт, показало отрицательные результаты в анализах на выявление антител к ВИЧ, гемоглобин С, ВГС, ТЛВЧ-I/II и отсутствие реакции на поверхностный антиген ВГВ, РНК ВГС, РНК ВИЧ-1 и сифилис. Ни один из известных методов анализа не может дать гарантии в том, что продукты, полученные из человеческой крови, не являются переносчиками патогенных агентов.

Во избежание контаминации компания Vitrolife настоятельно рекомендует вскрывать и использовать среды только с применением асептической методики.

Риск возникновения репродуктивной токсичности и эмбриотоксичности сред для ЭКО, в том числе сред для ЭКО Vitrolife, не был установлен и является неопределенным.

Обо всех серьезных несчастных случаях в связи с использованием устройства следует сообщать производителю и в компетентный орган государства-члена, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент.

Не использовать для инъекций.

По завершении процедуры продукт подлежит утилизации в соответствии со стандартной клинической практикой, относящейся к опасным отходам.

Предупреждение: Федеральныйзакон (США) разрешает продажу данного продукта только врачу или по распоряжению врача (Rx only).

Описание символов

Символ	азвание
	Обратитесь к инструкции по применению.
	Осторожно!
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
STERILE A	Стерилизация с применением методов асептической обработки
	Система с одинарным стерильным барьером
	Не допускать воздействия солнечного света

	Температурное ограничение
	Содержит производные крови или плазмы человека
	Содержит лекарственное вещество
MD	Медицинское изделие
CE 2460	Маркировка CE (Европейское Соответствие)

EUROPE

en: Indication for use

Medium for preparation and handling of gametes, for in vitro fertilisation and intrauterine insemination.

Contraindications

Gx-IVF™ contains gentamicin and acetylcysteine. Do not use in patients with known hypersensitivity/ allergy to any of the components.

Product Description

SUPPLEMENTED WITH HSA.

Gx-IVF is a bicarbonate buffered medium containing human serum albumin, acetylcysteine, and gentamicin as an antibacterial agent.

Ready to use after equilibration at +37°C and 6 % CO_2 atmosphere at sea level.

The summary of safety and clinical performance can be found at www.vitrolife.com

Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

Gx-IVF is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

Media bottles can be used for up to two weeks after first opening, use aseptic technique and minimize the time outside the refrigerator. Opening of the bottle shall be limited to the time needed to remove the necessary amount of medium. Discard excess media no later than two weeks after first opening.

Directions for use

The product shall be used by an IVF professional.

The patient target group is an adult or reproductive-age population that undergoes fertility treatment.

Record the opening date on the bottle.

Gx-IVF is designed for culture in a CO_2 incubator.

Gx-IVF shall be equilibrated at 6 % CO_2 and +37°C for no less than 6 hours and until correct pH has been attained before use. The dish or tube shall not be kept in incubator for more than 72 hours.

To obtain desired pH, the incubator CO_2 level may have to be adjusted taking into account incubator characteristics and environmental conditions such as altitude.

Sperm preparation - swim-up method
Equilibrate Gx-IVF according to above. Pipette 1 mL semen into a tube, overlay with 2 mL equilibrated Gx-IVF and allow swim-up for 30-60 minutes. Aspirate the top layer and transfer to a clean tube. For washing, add 5 mL Gx-IVF, mix and centrifuge for 5-10 minutes at 300-600 g. Perform a second wash if required. Discard the supernatant and re-suspend the pellet in 0.5-1 mL Gx-IVF.

Sperm preparation - density gradient centrifugation
Equilibrate Gx-IVF according to above. For preparation of density gradients for sperm cell separation, follow the instruction for the applied density gradient solution. After centrifugation, perform one or two wash steps with Gx-IVF as described in the swim-up method above.

Oocyte culture
Prepare dishes with Gx-IVF droplets (≥ 100 µL) under oil for ART procedures, or use a large volume (≥ 500 µL) with or without oil cover. Equilibrate according to above. Following oocyte collection procedure, rinse the cumulus-oocytes complexes at least two times in Gx-IVF, to remove red blood cells and collection medium, before culture.

Fertilization
For fertilization, selected sperm cells in Gx-IVF can be added to the oocytes, or oocytes in Gx-IVF can be added to sperm cells. Number of sperm cells used for insemination and exposure time are according to laboratory procedures.

Intrauterine insemination
Process the semen sample by swim-up or density gradient centrifugation as outlined above. Process the fraction of prepared semen in Gx-IVF for IUI according to laboratory procedures.

Specifications

Aseptically filtered	
Mouse Embryo Assay, 1-cell [% embryos developed to expanded blastocyst at 96 hours]	≥ 80
Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL]	< 0.25
Human sperm survival [% motility of control after 24 hours]	≥ 80
pH tested	
Osmolality tested	

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

Precautions

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-IVF if it appears cloudy.

Gx-IVF contains human serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/ II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife´s IVF media, has not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Not for injection.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use (Rx only).

bg: Показания за употреба

Среда за приготвяне и работа с гамети, за инвитро фертилизация и вътрематочна инсеминация.

Противопоказания

Gx-IVF™ съдържа гентамицин и ацетилцистеин. Да не се използва при пациенти с известна свръхчувствителност/алергия към някой от компонентите.

Описание на продукта

ДОБАВКА – HSA.

Gx-IVF е буферирана с бикарбонат среда, която съдържа човешки серумен албумин, ацетилцистеин и гентамицин като антибактериално средство.

Готова за употреба след темперииране при +37 °C в атмосфера с 6 % CO_2 при морското равнище.

Обобщение на информацията за безопасността и клиничните показатели може да бъде намерено на www.vitrolife.com

Инструкции за съхранение и стабилност
Да се съхранява на тъмно при +2 до +8 °C.

Gx-IVF е стабилен до изтичане на срока на годност, обозначен върху етикета на опаковката и на специфичния за партидата сертификат от анализ.

Бутилките със среда могат да бъдат използвани до две седмици след първото отваряне. Използвайте асептична техника и сведете до минимум времето на престой извън хладилника. Бутилката трябва да бъде отворена само за времето, което е необходимо за вземането на необходимото количество среда. Изхвърлете остатъчното количество среда не по-късно от две седмици след първото отваряне

Указания за употреба
Продуктът трябва да се използва от специалист по инвитро оплождане (IVF).

Целевата група от пациенти е популация от възрастни или хора в репродуктивна възраст, които са подложени на лечение за безплодие.

Запишете датата на отваряне на бутилката.

Gx-IVF е предназначен за култивиране в инкубатор с CO_2.

Преди употреба Gx-IVF трябва да се темперира при 6 % CO_2 и +37 °C в продължение на минимум 6 часа и до достигане на точното pH. Съдът или епруветката не трябва да се държат в инкубатор в продължение на повече от 72 часа.

За получаване на желаното pH може да се наложи коригиране на нивото на CO_2 в инкубатора, като се вземат предвид характеристиките на инкубатора и условията на околната среда, като например надморската височина.

Приготвяне на сперматозоиди – метод на изплуването (swim-up)
Темперирайте Gx-IVF според посоченото по-горе. Отпипетирайте 1 mL сперма в епруветка, покрийте я с 2 mL темперииран Gx-IVF и изчакайте 30 – 60 минути, за да изплуват сперматозоидите. Аспирирайте най-горния слой и прехвърлете в чиста епруветка. За промиване добавете 5 mL от средата Gx-IVF, смесете и центрофугирайте в продължение на 5 – 10 минути при 300 – 600 g. Ако се налага, промийте повторно. Изхвърлете супернатанта и ресуспендирайте утайката в 0,5 – 1 mL Gx-IVF.

Приготвяне на сперматозоиди – центрофугиране с плътностен градиент
Темперирайте Gx-IVF според посоченото по-горе. За приготвяне на плътностни градиенти за разделяне на сперматозоидите следвайте инструкциите на прилагания разтвор с плътностен градиент. След центрофугирането изпълнете една или две стъпки на промиване с Gx-IVF според описаното в метода на изплуването по-горе.

Ооцитна култура
Пригответе съдове с капки от Gx-IVF (≥ 100 µL), покрити с масло за процедури с асистирани репродуктивни технологии (АРТ), или използвайте голям обем (≥ 500 µL) със или без покритие от масло. Темперирайте според посоченото по-горе. След процедурата за вземане на ооцити промийте кумулус-ооцитните комплекси поне два пъти в Gx-IVF, за да отстраните червените кръвни клетки и средата за вземане преди култивирането.

Фертилизация
За да се извърши оплождане, избраните сперматозоиди, поставени в Gx-IVF, може да бъдат добавени към ооцитите или ооцитите, поставени в Gx-IVF, може да бъдат добавени към сперматозоидите. Броят на сперматозоидите, използвани за инсеминиране, и времето на експозиция трябва да съответстват на посочените в лабораторните процедури.

Вътрематочна инсеминация
Обработете проба от сперма чрез метода на изплуването или центрофугиране с плътностен градиент, както е посочено по-горе. Обработете фракцията на спермата, поставена в Gx-IVF, която е приготвена за вътрематочна инсеминация (IUI), съгласно лабораторните процедури.

Спецификации

Асептично филтрирана	
Тест върху миши ембриони, едноклетъчни [% ембриони, развити до експандирани бластоцисти до 96 часа]	≥ 80
Бактериални ендотоксини (Limulus амебоцит лизат тест (LAL)) [EU/mL]	< 0,25
Оцеляване на човешките сперматозоиди [% подвижност на контролата след 24 часа]	≥ 80
Тествано pH	
Тестван осмолалитет	

Конкретните резултати от тестовете за всяка партида могат да бъдат намерени в Сертификата за анализ, предоставен с всяка доставка.

Предпазни мерки

Изхвърлете продукта, ако целостта на бутилката е нарушена. Не използвайте Gx-IVF при видимо наличие на мътност.

Gx-IVF съдържа човешки серумен албумин.

Внимание: Всички кръвни продукти трябва да бъдат третирани като потенциално заразни. Установено е, че изходният материал, от който е получен този продукт, е отрицателен при тестване за наличие на антитела срещу HIV (човешки имунодефицитен вирус (ХИВ)), HBc (антиген на хепатит В), HCV (вирус на хепатит С) и HTLV I/II (човешки Т-клетъчен лимфотропен вирус) и не е реактивен за HbsAg (хепатит В-повърхностен антиген, наричан още „австралийски антиген"), HCV RNA (РНК на вируса на хепатит С), HIV-1 RNA (РНК на човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) тип 1) и сифилис. Никой известен метод за тестване не може да даде гаранция, че продуктите, получени от човешка кръв, няма да пренесат заразни агенти.

С цел да се избегне замърсяване, Vitrolife силно препоръчва средата да се отваря и използва само с асептична техника.

Рисковете от репродуктивна токсичност и токсичност на развитието за среда за инвитро оплождане (IVF), включително IVF среди на Vitrolife, не са определени и не са ясни.

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Не е предназначен за инжектиране.

След като завършите процедурата, изхвърлете продукта съгласно стандартната клинична практика за опасни медицински отпадъци.

Внимание: Законодателството на САЩ ограничава продажбата на това изделие да се извършва от или по заявка на лекар или лице, работещо в лабораторията, обучени да го използват (Rx only).

cs: Indikace k použití

Médium pro přípravu a manipulaci se zárodečnými buňkami, pro fertilizaci in vitro a intrauterinní inseminaci.

Kontraindikace

Gx-IVF™ obsahuje gentamicin a acetylcystein. Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí nebo alergií na jakoukoli složku.

Popis produktu

SUPLEMENTOVÁNO LIDSKÝM SÉROVÝM ALBUMINEM (HSA).

Gx-IVF je roztok pufrovaný hydrogenuhličitanem. Obsahuje lidský sérový albumin, acetylcystein a gentamicin jako antibakteriální přípravek.

K přímému použití po ekvilibraci při teplotě +37 °C a v atmosféře s 6% koncentrací CO_2.

Souhrn bezpečnosti a klinické účinnosti je k dispozici na stránkách www.vitrolife.com.

Pokyny pro uchovávání a stabilita

Uchovávejte v temnu při teplotě od +2 do +8 °C.

Gx-IVF je stabilní do data expirace uvedeného na štítku nádoby a v certifikátu analýzy pro jednotlivé šarže.

Lahvičky s médiem lze používat po dobu až dvou týdnů od prvního otevření. Používejte aseptické postupy a minimalizujte dobu, po kterou je přípravek mimo lednici. Otevření lahvičky musí být omezeno na dobu potřebnou k odebrání potřebného množství média. Nespotřebované médium zlikvidujte nejpozději do dvou týdnů od prvního otevření.

Pokyny pro použití

Výrobek smí používat pouze odborník na IVF.

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby v reprodukčním věku, které podstupují léčbu neplodnosti.

Označte lahvičku datem otevření.

Médium Gx-IVF je určeno ke kultivaci v inkubátoru s atmosférou CO_2.

Gx-IVF je třeba před použitím ekvilibrovat při 6% koncentraci CO_2 a +37 °C po dobu nejméně 6 hodin a dokud nebude dosaženo náležité hodnoty pH. Miska nebo zkumavka nesmí být uložena v inkubátoru déle než 72 hodin.

Pro dosažení požadované hodnoty pH může být nutné upravit hladinu CO_2 v inkubátoru s přihlédnutím k charakteristikám inkubátoru a podmínkám prostředí, jako je nadmořská výška.

Příprava spermií – metoda swim-up
Ekvilibrujte médium Gx-IVF podle výše uvedeného popisu. Napipetujte 1 ml spermatu do zkumavky, překryjte 2 ml ekvilibrovaného média Gx-IVF a nechte pohybovat metodou swim-up po dobu 30–60 minut. Odsajte horní vrstvu a přeneste do čisté zkumavky. Promyjte přidáním 5 ml média Gx-IVF, promíchejte a centrifugujte po dobu 5–10 minut při 300–600 g. V případě potřeby proveďte druhé promytí. Odstraňte supernatant a resuspendujte pelet v 0,5–1 ml média Gx-IVF.

Příprava spermií – centrifugace v hustotním gradientu
Ekvilibrujte médium Gx-IVF podle výše uvedeného popisu. Pro přípravu hustotních gradientů k separaci spermií postupujte podle pokynů pro použitý roztok hustotního gradientu. Po centrifugaci proveďte jeden nebo dva promývací kroky s médiem Gx-IVF, jak je popsáno výše u metody swim-up.

Kultivace oocytů
Připravte misky s kapénkami Gx-IVF (≥100 µl) pod olejem pro postupy ART nebo použijte velký objem (≥500 µl) s překrytím nebo bez překrytí vrstvou oleje. Ekvilibrujte podle výše uvedeného popisu. Po odběru oocytů před vlastní kultivací propláchněte komplexy kumulus-oocyt nejméně dvakrát v médiu Gx-IVF, čímž se odstraní erytrocyty a odběrové médium.

Fertilizace
Za účelem fertilizace lze přidat vybrané spermie v médiu Gx-IVF k oocytům nebo oocyty v médiu Gx-IVF ke spermiím. Počet spermií použitých k inseminaci a doba expozice se určí podle laboratorních postupů.

Intrauterinní inseminace
Vzorek spermatu se zpracuje metodou swim-up nebo centrifugací v hustotním gradientu, jak je uvedeno výše. Frakce připraveného spermatu v médiu Gx-IVF se zpracuje pro IUI podle laboratorních postupů.

Specifikace

Asepticky filtrováno	
Test myšího embrya, 1 buňka [% embryí vyvinutých do expandované blastocysty po 96 hodinách]	≥ 80
Bakteriální endotoxiny (LAL test) [EU/ml]	< 0,25
Přežití lidských spermií [% motility v porovnání s kontrolou po 24 hodinách]	≥80
pH testováno	
Osmolalita testována	

Výsledky testů pro jednotlivé šarže najdete v certifikátu analýzy, který je součástí každé dodávky.

Preventivní opatření

V případě porušení lahvičky výrobek zlikvidujte. Nepoužívejte médium Gx-IVF, pokud má zakalený vzhled.

Gx-IVF obsahuje lidský sérový albumi.

Upozornění: Se všemi krevními produkty musí být nakládáno jako s potenciálně infekčními. Zdrojový materiál, z něhož je tento produkt vyroben, byl negativní podle testů na protilátky proti HIV, HBc, HCV, a HTLV I/II a bez reakce na protilátky proti HbsAg, HCV RNA a HIV-1 RNA a syfilis. Žádné známé testovací postupy nemohou zajistit, že produkty vyrobené z lidské krve nezpůsobí přenos infekcí.

Pro vyloučení kontaminace společnost Vitrolife důrazně doporučuje, aby se přípravky otevíraly a používaly pouze pomocí aseptického postupu.

Rizika reprodukční toxicity a vývojové toxicity u IVF médií, včetně IVF médií společnosti Vitrolife, nebyla stanovena a nejsou známa.

Každá závažná nehoda, ke které došlo v souvislosti se zařízením, by měla být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž se uživatel a/nebo pacient nachází.

Není určeno pro injekční podávání.

Po skončení procedury zlikvidujte produkt v souladu se standardními klinickými postupy pro nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení.

Upozornění: Federální zákony (USA) omezují tento zdravotnický prostředek na prodej lékařem či pracovníkem vyškoleným v jeho použití nebo na jejich objednávku (Rx only).

da: Indikation for brug

Medium til præparation og håndtering af kønsceller til in vitro-fertilisation og insemination i livmoderen.

Kontraindikationer

Gx-IVF™ indeholder gentamicin og acetylcystein. Må ikke anvendes til patienter med kendt overfølsomhed/allergi over for nogen af komponenterne.

Produktbeskrivelse

TILFØRT HSA.

Gx-IVF er et bikarbonat-bufret medium, der indeholder humant serumalbumin, acetylcystein og gentamicin som antibakterielt middel.

Klar til brug efter forudgående ækvilibrering ved +37 °C og 6 % CO_2-atmosfære i højde med havets overflade.

Et resumé af den sikkerhedsmæssige og kliniske ydeevne kan findes på www.vitrolife.com.

Opbevaringsinstrukser og stabilitet

Opbevares mørkt ved +2 til +8 °C.

Gx-IVF kan holde sig indtil udløbsdatoen, der fremgår af etiketterne på beholderne og det LOT-specifikke analysecertifikat.

Medieflasker kan anvendes i op til to uger efter første åbning. Anvend aseptisk teknik, og minimer den tid, mediet befinder sig uden for køleskabet. Sørg for, at flasken kun er åben i den tid, det tager at udtage den nødvendige mængde af mediet. Kassér overskydende medium senest to uger efter første åbning.

Brugsanvisning

Produktet skal anvendes af en uddannet IVF-medarbejder.

Patientmålgruppen er voksne eller personer i den forplantningsdygtige alder, som modtager fertilitetsbehandling.

Notér åbningsdatoen på flasken.

Gx-IVF er beregnet til dyrkning i en CO_2-inkubator.

Gx-IVF skal ækvilibreres ved 6 % CO_2 og +37 °C i mindst 6 timer, og indtil den korrekte pH-værdi er opnået, før produktet anvendes. Skålen eller reagensglasset må ikke opbevares i inkubatoren i mere end 72 timer.

For at opnå den ønskede pH-værdi kan det være nødvendigt at justere inkubatorens CO_2-niveau, afhængigt af inkubatorens egenskaber og omgivelsesforholdene, f.eks. højden over havets overflade.

Sædpræparation – swim-up-metoden
Ækvilibrer Gx-IVF som beskrevet ovenfor. Pipettér 1 ml sæd ned i et reagensglas, læg 2 ml ækvilibreret Gx-IVF oven på sæden, og lad sæden svømme op i 30-60 minutter. Aspirer det øverste lag, og overfør det til et rent glas. Foretag skylning

stabilitás

Tárolja sötét helyen, +2°C és +8°C közötti hőmérsékleten.

A GX-IVF az üveg címkéjén és a LOT-specifikus Vizsgálati Bizonylaton feltüntetett lejárati időpontig stabil marad.

A tápoldatot az azt tartalmazó üveg első kinyitását követően maximum két hétig használhatja fel. Alkalmazzon aszeptikus technikát, és a lehető legrövidebb ideig tartsa a hűtőszekrényen kívül. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg kiveszi belőle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobja ki a megmaradt tápoldatot.

Használati útmutató

A termék IVF-szakemberek általi használatra készült.

A páciensek célcsoportja a meddőségi kezelésben részesülő felnőtt vagy reproduktív korú populáció.

Jegyezze fel a kinyitás dátumát az üvegre.

A Gx-IVF oldatot CO_2-inkubátorban való tenyésztésre tervezték.

A Gx-IVF oldatot 6% CO_2 és +37°C hőmérséklet mellett legkevesebb 6 órán keresztül kell ekvilibrálni, ahhoz, hogy a használat előtt a helyes pH-értéket elérje. Az edényt vagy kémcsövet legfeljebb 72 óráig lehet az inkubátorban tartani.

Előfordulhat, hogy a kívánt pH-érték eléréséhez az inkubátor CO_2-szintjét az inkubátor sajátosságai, valamint a környezeti feltételek, például a tengerszint feletti magasság figyelembevételével módosítani kell.

Ondó előkészítése a felúsztatásos módszerrel (swim-up)

Ekvilibrálja a Gx-IVF oldatot a fentieknek megfelelően. Pipettával juttasson 1 ml ondót egy kémcsőbe, rétegezzen rá 2 ml ekvilibrált Gx-IVF oldatot, majd várjon 30-60 percet a felúszásra. Szívja le a felső réteget, majd vigye át egy tiszta kémcsőbe. Adjon hozzá 5 ml Gx-IVF oldatot, keverje össze, majd centrifugálja 5-10 percen keresztül 300-600 g-vel. Szükség esetén ismételje meg az átmosást. Távolítsa el a felülúszót, majd szuszpendálja újra a pelletet 0,5-1 ml Gx-IVF oldatban.

Ondó előkészítése sűrűség-gradiens centrifugálással

Ekvilibrálja a Gx-IVF oldatot a fentieknek megfelelően. Az ondósejtek szeparálásához használt sűrűség-gradiensek előkészítéséhez kövesse az alkalmazott sűrűség-gradiens oldathoz tartozó utasításokat. Centrifugálás után a fent bemutatott felúsztatásos módszer alkalmazásával hajtson végre egy vagy két mosási lépést Gx-IVF oldattal.

Petesejttenyésztés

Készítsen elő edényeket Gx-IVF cseppekkel (≥ 100 µL) IVF eljárásokhoz használt olaj fedőréteg alatt, vagy használjon nagy mennyiséget (≥ 500 µL) olajfedéssel vagy anélkül. Ekvilibrálja a fentieknek megfelelően. A petesejtek leszívása után mossa át a cumulus sejtekkel körülvett petesejteket legalább kétszer Gx-IVF oldattal, annak érdekében, hogy a tenyésztés előtt eltávolítsa a vörösvértesteket és a leszíváshoz használt tápoldatot.

Megtermékenyítés

Megtermékenyítés céljából a Gx-IVF oldatban előkészített ondósejteket a petesejtekhez lehet adni, vagy a Gx-IVF oldatban található petesejteket az ondósejtekhez lehet adni. Az inszeminációhoz használt ondósejtek számát és az megtermékenyítési időt a laboratóriumi eljárások határozzák meg.

Méhen belüli inszeminációd

Dolgozza fel az ondóminták a fentieknek megfelelően, felúsztatással vagy sűrűség-gradiens centrifugálással. Az előkészített ondót a laboratóriumi eljárásoknak megfelelően készítse elő Gx-IVF oldatban IUI céljára.

Termékjellemzők

Aszeptikusan szűrt	
Egérembrió-teszt, egysejtes [az embriók hány százaléka fejlődött késői blasztociszтává 96 óra alatt]	≥ 80
Bakteriális endotoxinok (LAL-assay) [EU/ml]	< 0,25
Humán spermium túlélés [motilitás %-ban 24 órával később végrehajtott ellenőrzéskor]	≥ 80
Ellenőrzött pH-érték	
Ellenőrzött ozmolaritás	

LOT-specifikus teszteredmények elérhetők a szállításkor rendelkezésre bocsátott Vizsgálati Bizonylaton.

Óvintézkedések

Selejtezze le a terméket, ha az üveg megsérült. Ne használja a Gx-IVF tápoldatot, ha zavarosnak tűnik.

A Gx-IVF humán szérum albumint tartalmaz.

Figyelem! Valamennyi vérkészítmény potenciálisan fertőzőnek tekintendő. Az alapanyag, amelyből a termék származik, HIV, HBc, HCV, és HTLV I/II antitestekre tesztelve negatívnak bizonyult, HbsAg, HCV RNS, HIV-1 RNS és szifilisz tesztre nem volt reaktív. Az ismert vizsgálati eljárások nem garantálják, hogy az emberi vérből származó készítmények nem közvetítenek fertőző anyagokat.

A befertőződés elkerülése érdekében a Vitrolife azt javasolja, hogy a tápoldatot kizárólag aszeptikus technikával nyissa ki és használja fel.

Az IVF tápoldatok esetében, beleértve a Vitrolife IVF tápoldatait, a reproduktív és fejlődési toxicitás kockázata még nem ismert és nem meghatározott.

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodási helyének megfelelő tagállam illetékes hatóságának.

Tilos injekcióban adni.

Az eljárás befejezése után a veszélyes orvosi hulladékra vonatkozó standard klinikai gyakorlatnak megfelelően semmisítse meg a terméket.

Figyelem! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint az eszközt kizárólag orvos vagy a használatában képzett személy vásárolhatja vagy rendelheti meg (Rx only).

it: Istruzioni per l'uso

Terreno per la preparazione e la manipolazione dei gameti, per la fecondazione in vitro e l'inseminazione intrauterina.

Controindicazioni

Gx-IVF™ contiene gentamicina e acetilcisteina. Non utilizzare in pazienti con ipersensibilità/allergia note ai componenti.

Descrizione del prodotto

Supplementato con HSA (albumina sierica umana).

Gx-IVF è un terreno tamponato con bicarbonato contenente albumina sierica umana, acetilcisteina e gentamicina come agente antibatterico.

Destinato all'uso dopo l'equilibratura a +37 °C in atmosfera al 6% di CO_2 sul livello del mare.

Il resoconto sulla sicurezza e sulle prestazioni cliniche è disponibile all'indirizzo www.vitrolife.com

Istruzioni per la conservazione e stabilità

Conservare al riparo dalla luce a una temperatura di 2-8 °C.

Gx-IVF rimane stabile fino alla data di scadenza riportata sulle etichette dei contenitori e sul Certificato di analisi di ogni Lotto.

Dopo la prima apertura è possibile utilizzare i flaconi di terreno per un periodo di due settimane. Utilizzare una tecnica asettica e ridurre al minimo il tempo di permanenza all'esterno del frigorifero. L'apertura del flacone deve essere limitata al tempo necessario per rimuovere la quantità necessaria di terreno. Smaltire il terreno residuo al massimo due settimane dopo la prima apertura.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista della fecondazione in vitro.

Il gruppo di pazienti target è costituito da una popolazione adulta o in età riproduttiva che si sottopone a trattamento di fertilità.

Registrare la data di apertura sul flacone.

Gx-IVF è progettato per la coltura in un incubatore a CO_2.

Gx-IVF deve essere equilibrato al 6% di CO_2 e a +37 °C per non meno di 6 ore e fino a quando non sia stato raggiunto il pH corretto prima dell'uso. Il piatto o la provetta non devono essere conservati nell'incubatore per più di 72 ore.

Per ottenere il pH desiderato, potrebbe essere necessario regolare il livello di CO_2 dell'incubatore tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e delle condizioni ambientali come l'altitudine.

Preparazione del liquido seminale - metodo swim-up

Equilibrare Gx-IVF come sopra indicato. Pipettare 1 mL di liquido seminale in una provetta, sovrapporre 2 mL di Gx-IVF equilibrato e consentire lo swim-up per 30-60 minuti. Aspirare lo strato superiore e trasferirlo in una provetta pulita. Per il lavaggio, aggiungere 5 mL di Gx-IVF, mescolare e centrifugare per 5-10 minuti a 300-600 g. Se necessario, eseguire un secondo lavaggio. Eliminare il supernatante e sospendere nuovamente il pellet in 0,5-1 mL di Gx-IVF.

Preparazione del liquido seminale - centrifugazione su gradiente di densità

Equilibrare Gx-IVF come sopra indicato. Per la preparazione dei gradienti di densità per la separazione delle cellule spermatiche, seguire le istruzioni specifiche per la soluzione del gradiente di densità applicata. Dopo la centrifugazione, eseguire uno o due lavaggi con Gx-IVF come descritto per il metodo swim-up.

Coltura di ovociti

Preparare le piastre con microgocce di Gx-IVF (≥ 100 µL) coperte di olio per le procedure ART o utilizzare un grande volume (≥ 500 µL) con o senza copertura d'olio. Equilibrare come sopra indicato. Dopo la procedura di raccolta degli ovociti, lavare i complessi cumulo-ovociti almeno due volte in Gx-IVF, per rimuovere i globuli rossi e il terreno di raccolta, prima della coltura.

Fecondazione

Per la fecondazione, gli spermatozoi selezionati in Gx-IVF possono essere aggiunti agli ovociti, o gli ovociti in Gx-IVF possono essere aggiunti agli spermatozoi. Il numero di spermatozoi utilizzati per l'inseminazione e il tempo di esposizione dipendono dalle procedure di laboratorio.

Inseminazione intrauterina

Elaborare il campione di liquido seminale mediante swim-up o centrifugazione del gradiente di densità come descritto sopra. Elaborare la frazione di liquido seminale preparata in Gx-IVF per l'IUI secondo le procedure di laboratorio.

Specifiche

Filtrato in modo sterile	
Analisi su embrione di topo, 1 cellula [% embrioni sviluppati in blastocisti espansa a 96 ore]	≥ 80
Endotossine batteriche (analisi LAL) [EU/mL]	< 0,25
Sopravvivenza del liquido seminale umano [% motilità del controllo dopo 24 ore]	≥ 80
Test del pH	
Test della osmolalità	

I risultati dei test specifici sui Lotti sono riportati sul Certificato di analisi fornito ad ogni consegna.

Precauzioni

Scartare il prodotto se l'integrità del flacone è compromessa. Non utilizzare Gx-IVF se presenta un aspetto torbido.

Gx-IVF contiene albumina sierica umana.

Attenzione: tutti gli emoderivati devono essere trattati come potenzialmente infettivi. Le materie prime impiegate per questi prodotti sono risultate negative ai test per gli anticorpi di HIV, HBc, HCV e HTLV I/II e non reattive per HbsAg, HCV RNA e HIV-1 RNA e sifilide. Nessun metodo di prova noto può garantire che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettano agenti infettivi.

Per evitare contaminazioni, Vitrolife raccomanda di aprire e utilizzare il prodotto esclusivamente con tecniche asettiche.

I rischi di tossicità riproduttiva e tossicità dello sviluppo dei terreni IVF, inclusi i terreni IVF Vitrolife, non sono stati determinati e sono incerti.

Segnalare al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente eventuali incidenti gravi che si siano verificati in relazione al dispositivo.

Non per iniezione.

Smaltire il prodotto secondo la pratica clinica standard per i rifiuti medici pericolosi al termine della procedura.

Attenzione: La legge federale (degli Stati Uniti) limita la vendita del presente dispositivo dietro prescrizione medica da parte di un professionista esperto del suo utilizzo (Rx only).

lt: Naudojimo indikacija

Terpė lytinėms ląstelėms paruošti ir tvarkyti in vitro apvaisinimui ir intrauterinei inseminacijai.

Kontraindikacijos

„Gx-IVF™“ ssudėtyje yra gentamicinu ir acetilcisteino. Nenaudokite pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas ar alergija sudedamosioms medžiagoms.

Gaminio aprašas

PAPILDYTA HSA.

„Gx-IVF“ yra bikarbonato buferinio tirpalo terpė su žmogaus serumo albuminu, acetilcisteinu ir gentamicinu kaip antibakterine veikliąja medžiaga.

Parengta naudoti po pusiausvyros nusistovėjimo esant +37 °C temperatūrai ir 6 % CO_2 aplinkoje jūros lygyje.

Saugumo ir klinikinio veiksmingumo santrauką galima rasti www.vitrolife.com

Laikymo nurodymai ir stabilumas

Laikyti tamsoje nuo +2 iki +8 °C.

„Gx-IVF“ yra stabili iki galiojimo pabaigos datos, nurodytos ant talpyklės etiketės ir partijos analizės sertifikate.

Buteliukai su terpe tinkami naudoti iki dviejų savaičių po pirmojo atidarymo, naudokite aseptinėmis sąlygomis ir sumažinkite laikymo ne šaldytuve laiką. Buteliukas turi būti atidarytas tik tol, kol išpilamas reikiamas terpės kiekis. Nepanaudotos terpės likučius išmeskite ne vėliau kaip po dviejų savaičių po pirmojo atidarymo.

Naudojimo nurodymai

Gaminį turėtų naudoti IVF profesionalas.

Tikslinė pacientų grupė yra suaugusiųjų arba reprodukcinio amžiaus populiacija, kuriai taikomas vaisingumo gydymas.

Užrašykite ant buteliuko atidarymo datą.

„Gx-IVF“ skirta auginimo procedūroms CO_2 inkubatoriuje.

„Gx-IVF“ pusiausvyra turi būti nusistovėjusi 6 % CO_2 aplinkoje ir +37 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 6 valandas ir tol, kol prieš naudojant bus pasiektas tinkamas pH. Indelio ar mėgintuvėlio negalima laikyti inkubatoriuje ilgiau nei 72 valandas.

Norint pasiekti pageidaujamą pH, inkubatoriaus CO_2 lygį gali reikėti koreguoti atsižvelgiant į inkubatoriaus charakteristikas ir aplinkos sąlygas, pvz., aukštį virš jūros lygio.

Spermos paruošimas – išplaukimo metodas

Palikite „Gx-IVF“ pusiausvyrai nusistovėti, kaip aprašyta pirmiau. Į mėgintuvėlį pipete įlašinkite 1 ml spermos, užlieskite 2 ml nusistovėjusios pusiausvyros „Gx-IVF“ ir palikite 30–60 minučių išplaukti. Nusiurbkite viršutinį sluoksnį ir perkelkite į švarų mėgintuvėlį. Plaudami pridėkite 5 ml „Gx-IVF“, sumaišykite ir centrifuguokite 5–10 minučių, esant 300–600 g. Jei reikia, atlikite antrą plovimą. Pašalinkite skystį ir pakartotinai suspenduokite gumulėlį 0,5–1 ml „Gx-IVF“.

Spermos paruošimas – tankio gradiento centrifugavimas

Palikite „Gx-IVF“ pusiausvyrai nusistovėti, kaip aprašyta pirmiau. Norėdami paruošti tankio gradientus spermatozoidams atskirti, laikykitės nurodymų dėl naudojamo tankio gradiento tirpalo. Baigę centrifuguoti atlikite vieną ar du plovimo etapus naudodami „Gx-IVF“, kaip aprašyta pirmiau pateiktame išplaukimo metode.

Oocitų auginimas

Paruoškite indelius su „Gx-IVF“ lašeliais (≥ 100 µl) po aliejumi ART procedūroms arba naudokite didelį kiekį (≥ 500 µL), padengtą aliejumi ar be jo. Palikite pusiausvyrai nusistovėti, kaip aprašyta pirmiau. Po oocitų surinkimo procedūros bent du kartus nuskalaukite oocitų sankaupas „Gx-IVF“, kad prieš auginimą pašalintumėte raudonuosius kraujo kūnelius ir surinkimo terpę.

Apvaisinimas

Apvaisinant atrinktus spermatozoidus „Gx-IVF“ terpėje galima sudėti į oocitus arba oocitus „Gx-IVF“ terpėje galima sudėti į spermatozoidus. Inseminaciją naudojamų spermatozoidų skaičius ir apšvitos trukmė nustatoma pagal laboratorines procedūras.

Intrauterinė inseminacija

Apdorokite spermos mėginį išplaukimo ar tankio gradiento centrifugavimo metodu, kaip nurodyta pirmiau. Apdorokite dalį paruoštos spermos „Gx-IVF“ terpėje IUI pagal laboratorines procedūras.

Specifikacijos

Aseptiškai filtruota	
Pelės embriono tyrimas, 1 ląstelė [procentinė dalis embrionų, kurie per 96 val. išsivystė iki išplėstinės blastocistos]	≥ 80
Bakterijų endotoksinai (LAL tyrimas) [EU/ml]	< 0,25
Žmogaus spermos gyvybingumo išsilaikymas [fiksuojama judumo dalis procentais po 24 valandų]	≥80
pH ištirtas	
Osmosiškumas ištirtas	

Partijai būdingi bandymų rezultatai yra prieinami analizės sertifikate, kuris pateikiamas su kiekvienu pristatymu.

Atsargumo priemonės

Jei buteliukas pažeistas, produktą išmeskite. Nenaudokite „Gx-IVF“, jei ji drumsta.

„Gx-IVF“ sudėtyje yra žmogaus serumo albumino.

Atsargiai: visi kraujo produktai turi būti laikomi galimai užkrečiamais. Pradinė medžiaga, iš kurios buvo gautas šis produktas, buvo ištirta ieškant antikūnų prieš ŽIV, HBc, HCV ir HTLV I/II ir rezultatai buvo neigiami, ji taip pat nereagavo tyrime dėl HBsAg, HCV RNR bei ŽIV-1 RNR ir sifilio. Nėra žinoma jokių tyrimo metodų, visiškai užtikrinančių, kad produktuose, pagamintuose iš žmogaus kraujo, nebus infekcijos sukėlėjų.

Siekiant išvengti užteršimo, „Vitrolife“ primygtinai rekomenduoja terpes atidaryti ir naudoti tik aseptinėmis sąlygomis.

IVF terpių, įskaitant „Vitrolife“ IVF terpes, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi rizika nebuvo nustatyta ir yra neaiški.

Apie visus su prietaisu susijusius rimtus incidentus turėtų būti pranešama gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Neskirta injekcijoms.

Kai procedūra bus baigta, pašalinkite gaminį pagal standartinę klinikinę praktiką dėl pavojingų medicinos atliekų.

Atsargiai: Federaciniai (JAV) įstatymai nustato, kad šį įrenginį galima parduoti tik gydytojui arba specialistui, išmokytam naudotis šiuo įrenginiu, arba pagal šių specialistų užsakymą (Rx only).

lv: Lietošanas instrukcija

Šķīdums dzimumšūnu sagatavošanai un apstrādei, medicīniskajai apaugļošanai (In Vitro Fertilisation) un intrauterīnajai inseminācijai (spermatozoīdu ievadīšanai dzemdes dobumā).

Kontrindikācijas

Gx-IVF™ šķīdums satur gentamicīnu un acetilcisteīnu. Nelietot pacientiem ar zināmu paaugstinātu jutību/alerģiju pret jebkuru sastāvdaļu.

Izstrādājuma apraksts

PAPILDINĀTS AR HSA.

Gx-IVF ir bikarbonāta buferšķīdums, kas satur cilvēka seruma albumīnu, acetilcisteīnu un gentamicīnu kā antibakteriālu līdzekli.

Gatavs lietošanai pēc līdzsvarošanas +37 °C temperatūrā un 6% CO_2 atmosfērā jūras līmenī.

Drošuma un klīniskās iedarbības kopsavilkums ir atrodams vietnē www.vitrolife.com

Norādījumi par uzglabāšanu un stabilitāte

Glabājiet tumšā vietā temperatūrā no +2 līdz +8 °C.

Gx-IVF šķīdums ir stabils līdz derīguma termiņa beigu datumam, kas norādīts uz pudelīšu marķējumiem un partijai atbilstošajā analīzes sertifikātā.

Pēc pirmās atvēršanas reizes šķīduma pudeles var izmantot līdz divām nedēļām. Lietot aseptiskos apstākļos. Iespējami jāsamazina pudelītes atrašanās laiks ārpus ledusskapja. Pudeli nevajadzētu atvērt ilgāk par laiku, kas vajadzīgs, lai paņemtu vajadzīgo barotnes daudzumu. Izmetiet neizmantoto šķīdumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc pirmās atvēršanas reizes.

Norādījumi lietošanai

Izstrādājumu drīkst izmantot IVF speciālists.

Pacientu mērķgrupa ir pieaugušo vai reproduktīvā vecuma pacientu populācija, kam tiek veikta neauglības ārstēšana.

Uzrakstiet uz pudeles atvēršanas datumu.

Gx-IVF ir paredzēts kultivēšanai CO_2 inkubatorā.

Gx-IVF jālīdzsvaro pie 6% CO_2 un +37 °C temperatūrā ne mazāk kā 6 stundas pirms lietošanas,līdz brīdim, kad ir sasniegts pareizs pH. Plati un mēģeni nedrīkst turēt inkubatorā ilgāk par 72 stundām.

Lai iegūtu vēlamo pH līmeni, inkubatora CO_2 līmenis var būt jāpielāgo, ņemot vērā inkubatora īpašības un vides apstākļus, piemēram, augstumu virs jūras līmeņa.

Spermas sagatavošana — swim-up metode

Līdzsvarojiet Gx-IVF, kā aprakstīts iepriekš. Ar pipeti iepildiet 1 ml spermas mēģenē, pārklājiet ar 2 ml līdzsvarota Gx-IVF un ļaujiet spermatozoīdiem uzpeldēt 30–60 minūtes. Aspirējiet augšējo slāni un pārnesiet to uz tīru mēģeni. Mazgāšanai pievienojiet 5 ml Gx-IVF šķīduma, samaisiet un centrifugējiet 5–10 minūtes pie 300–600 g. Ja nepieciešams, veiciet otru mazgāšanu. Uzmanīgi noņemiet supernatantu un resuspendējiet nogulsnes 0,5–1 ml Gx-IVF šķīdumā.

Spermas sagatavošana — blīvuma gradienta centrifugācijas metode

Līdzsvarojiet Gx-IVF, kā aprakstīts iepriekš. Sagatavo blīvuma gradientus spermatozoīdu atdalīšanai atbilstoši ražotāja norādījumiem. Pēc centrifugēšanas veic vienu vai divus mazgāšanas soļus ar Gx-IVF, kā aprakstīts iepriekš swim-up metodē.

Oocītu kultivācija

ART procedūrām Ssagatavojiet plates ar Gx-IVF pilieniem (≥100 µl) un pārklājiet ar e∥u vai izmantojiet lielu daudzumu šķīduma (≥500 µl) pārklājot to ar e∥u vai bez tās. Līdzsvarojiet, kā aprakstīts iepriekš. Pēc oocītu savākšanas procedūras vismaz divas reizes noskalojiet oocītu-kumulusa kompleksus Gx-IVF šķīdumā, lai noskalotu eritrocītus un savākšanas barotni, pirms kultivācijas.

Apaugļošana

Apaugļošanai izvēlētos spermatozoīdus Gx-IVF šķīdumā var pievienot oocītiem, vai oocītus Gx-IVF šķīdumā var pievienot spermatozoīdiem. Apaugļošanai izmantoto spermatozoīdu daudzumu un ekspozīcijas laiku nosaka saskaņā ar laboratorijas procedūrām.

Intrauterīnā inseminācija (spermatozoīdu ievadīšana dzemdes dobumā)

Apstrādājiet spermas paraugu ar swim-up vai blīvuma gradienta centrifugācijas metodi, kā norādīts iepriekš. Sagatavotāsjiet apstrādātas spermas frakciju Gx-IVF šķīdumā IUI veikšanai saskaņā ar laboratorijas procedūrām.

Tehniskie dati

Aseptiski filtrēts	
Peles embriju tests, 1 šūna [% embriju attīstījās līdz paplašinātai blastocistai 96 stundu laikā]	≥ 80
Baktēriju endotoksīni (LAL tests) [EU/ml]	< 0,25
Cilvēka spermas izdzīvošana [% kontroles kustīgums pēc 24 stundām]	≥80
pH pārbaudīts	
Osmoze pārbaudīta	

Partijai atbilstošo testu rezultāti ir norādīti analīzes sertifikātā, kas pieejams katrā piegādē.

Piesardzības pasākumi

Ja pudelīte ir bojāta, izmetiet izstrādājumu. Nelietojiet Gx-IVF šķīdumu, ja tas izskatās duļķains.

Gx-IVF šķīdums satur cilvēka seruma albumīnu.

Uzmanību! Visi asins preparāti ir jāuzskata par iespējamiem infekcijas avotiem. Primārais materiāls, no kura šis šķīdums ir atvasināts, tika pārbaudīts un bija negatīvs uz antivielām pret HIV, HBc, HCV un HTLV I/II, un nereaktīvs uz HbsAg, HCV RNA, HIV-1 RNA un sifilisu. Nav zināmu testēšanas metožu, kas varētu sniegt apliecinājumu, ka ar preparātiem, kas iegūti no cilvēka asinīm, nav iespējams pārnest infekciju izraisītājuso.

Lai izvairītos no kontaminācijas, Vitrolife stingri iesaka atvērt un izmantot šķīdumu tikai aseptiskos apstākļos.

Reproduktīvās toksicitātes un embrotoksicitātes risks medicīniskās apaugļošanas šķīdumiem, tostarp arī Vitrolife ražotajiem IVF (in Vitro Fertilization) šķīdumiem, nav noteikts un nav zināms.

Par visiem nopietniem negadījumiem, kas notikuši saistībā ar ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

Nav paredzēts injicēšanai.

Pēc lietošanas, utilizējiet produktu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām bīstamo atkritumu utilizācijas prasībām.

Uzmanību! Saskaņā ar ASV federālajiem tiesību aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsts vai laborants, kurš ir apmācīts tās lietošanā, vai pēc ārsta vai laboranta rīkojuma (Rx only).

nb: Indikasjon for bruk

Medium til klargjøring og håndtering av gameter, for in vitro-fertilisering og inseminering i livmoren.

Kontraindikasjoner

Gx-IVF™ inneholder gentamicin og acetylcystein. Må ikke brukes hos pasienter med kjent hypersensitivitet/allergi overfor noen av komponentene.

Produktbeskrivelse

SUPPLERT MED HSA.

Gx-IVF er et bikarbonatbufret medium som inneholder humant serumalbumin, acetylcystein og gentamicin som et antibakterielt middel.

Klart til bruk etter ekvilibrering ved +37 °C og 6 % CO_2-atmosfære ved havnivå.

Sammendrag av sikkerhet og kliniske egenskaper finnes på www.vitrolife.com

Anvisninger for oppbevaring og stabilitet

Lagres mørkt ved +2 til +8 °C.

Gx-IVF er stabilt inntil utløpsdatoen angitt på etiketten på flasken og på det LOT-spesifikke analysesertifikatet.

Medieflasker kan benyttes i opptil to uker etter åpning. Bruk aseptisk teknikk, og gjør tiden utenfor kjøleskap så kort som mulig. Åpen flaske skal begrenses til den tiden som trengs for å fjerne nødvendig mengde medium. Kast resterende/gjenværende medium senest to uker etter åpning.

Bruksanvisning

Produktet skal brukes av IVF-fagfolk.

Pasientgruppen er voksne personer eller personer i reproduktiv alder som gjennomgår fertilitetsbehandling.

Merk flasken med åpningsdatoen.

Gx-IVF er utviklet for dyrking i CO_2-inkubator.

Før bruk skal Gx-IVF ekvilibreres ved 6 % CO_2 og +37 °C i minimum 6 timer til riktig pH er oppnådd. Skålen og/eller røret skal ikke være i inkubatoren i mer enn 72 timer.

For å oppnå ønsket pH kan det hende at CO_2-nivået i inkubatoren må justeres basert på inkubatorens egenskaper og/eller miljøet, for eksempel høyde over havet.

Klargjøring av sæd – swim-up-metode

Ekvilibrer Gx-IVF som beskrevet tidligere. Pipetter 1 ml godt blandet sæd til røret, legg 2 ml stabilisert Gx-IVF over og vent i 30–60 minutter for swim-up. Aspirer det øverste laget, og overfør det til et rent rør. For vask tilsettes 5 ml Gx-IVF. Bland og sentrifuger i 5–10 minutter ved 300–600 g. Utfør en ekstra vask ved behov. Kast supernatanten, og resuspender pelleten i 0,5–1 ml Gx-IVF.

Klargjøring av sæd – metode med tetthetsgradient sentrifugering

Ekvilibrer Gx-IVF som beskrevet tidligere. For klargjøring av tetthetsgradient for separering av sædceller, følges instruksjonene for anvendt gradient-løsning. Etter sentrifugering utføres ett eller to vasketrinn med Gx-IVF, som beskrevet i swim-up-metoden over.

Dyrking av oocytter

Klargjør skåler med Gx-IVF-dråper (≥ 100 µl) under olje for ART-prosedyrer, eller bruk et større volum (≥ 500 µl) med eller uten olje over. Ekvilibrer som beskrevet tidligere. Etter prosedyre for uthenting av oocytter, vaskes cumulus-oocytt-komplekser minst to ganger i Gx-IVF for å fjerne røde blodceller og medium før dyrking.

Befruktning

For befruktning kan utvalgte sædceller i Gx-IVF tilsettes til oocyttene, eller oocytter i Gx-IVF kan tilsettes til sædceller. Antall sædceller som brukes til inseminering, og eksponeringstid følger laboratorieprosedyrene.

Inseminering i livmoren

Behandle sædprøven med swim-up eller tetthetsgradient sentrifugering som beskrevet tidligere. Behandle fraksjonen av klargjort sæd i Gx-IVF for IUI i samsvar med laboratorieprosedyrene.

Spesifikasjoner

Aseptisk filtrert	
Test på embryo fra mus, 1-celle [% embryoer utviklet til ekspandert blastocyst ved 96 timer]	≥ 80
Bakterielle endotoksiner (LAL-test) [EU/ml]	< 0,25
Overlevelse for humane sædceller [% motilitet ved kontroll etter 24 timer]	≥ 80
pH testet	
Osmolalitet testet	

LOT-spesifikke testresultater er gjengitt på analysesertifikatet som er inkludert i hver leveranse.

Forholdsregler

Kast produktet hvis forseglingen på flasken er brutt. Ikke bruk Gx-IVF dersom det er blakket.

Gx-IVF inneholder humant serumalbumin.

Forsiktig: Alle blodprodukter bør behandles som potensielt smittefarlig. Kildematerialet som dette produktet stammer fra, viste negative funn ved testing for antistoffer mot HIV, HBc, HCV og HTLV I/II, og ikke-reaktivt mot HbsAg, HCV RNA og HIV-1 RNA og syfilis. Det finnes ingen kjente testmetoder som kan gi forsikring om at produktet som stammer fra humant blod, ikke vil overføre smittebærere.

For å unngå kontaminering anbefaler Vitrolife at medier åpnes og brukes utelukkende med aseptisk teknikk.

Risikoen for reproduksjons- og utviklingstoksisitet for IVF-medier, inkludert IVF-medier fra Vitrolife, har ikke blitt fastslått og er usikker.

Alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og ansvarlig myndighet i landet den brukes og/eller landet der pasienten befinner seg.

Skal ikke injiseres.

Kasser produktet i samsvar med klinikkens rutiner for avhending av farlig medisinsk avfall når prosedyren er fullført.

Forsiktig: Føderale lover (US) begrenser dette utstyret til salg fra lege eller etter forordning av lege, eller fra en som jobber i laboratorium og er opplært i bruken (Rx only).

nl: Gebruiksaanwijzing

Medium voor de voorbereiding en manipulatie van gameten, voor in-vitro fertilisatie en intra-uteriene inseminatie.

Contra-indicaties

Gx-IVF™ bevat gentamicine en acetylcysteïne. Niet gebruiken bij patiënten met bekende overgevoeligheid/allergie voor een van de componenten.

Productbeschrijving

GESUPPLEMENTEERD MET HSA.

Gx-IVF is een bicarbonaat gebufferd medium met humaan serum albumine, en acetylcysteine en bevat gentamicine als antibacterieel middel.

Klaar voor gebruik na equilibratie bij +37°C en 6% CO_2 op zeeniveau.

De samenvatting in verband met veiligheid en klinische prestaties kan u vinden op www.vitrolife.com

Bewaringsvoorschriften en stabiliteit

Donker bewaren bij +2 tot +8°C.

Gx-IVF is stabiel tot de vervaldatum, die vermeld staat op elke fles en op het LOT-specifieke analysecertificaat (CoA).

Geopende flessen kunnen tot twee weken na opening gebruikt worden. Werk steriel en beperk de tijd buiten de koelkast. Het openhouden van de fles moet beperkt worden tot de tijd die nodig is om de benodigde hoeveelheid medium uit de fles te halen. Het resterende medium moet uiterlijk 2 weken na de eerste keer openen worden weggegooid.

Aanwijzingen voor gebruik

Het product moet gebruikt worden door een IVF-professional.

De patiëntendoelgroep betreft volwassenen of personen op reproductieve leeftijd die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

Noteer de datum van opening op de fles.

Gx-IVF is ontworpen voor kweken in een CO_2-incubator.

Gx-IVF moet vóór gebruik gedurende ten minste 6 uur geëquilibreerd worden bij 6% CO_2 en +37°C en tot de juiste pH is bereikt. Het schaaltje of buisje mag niet langer dan 72 uur in de incubator worden bewaard.

Om de gewenste pH te verkrijgen, moet mogelijk het CO_2-niveau van de incubator worden aangepast. Houd rekening met de eigenschappen van de incubator en omgevingsomstandigheden zoals de hoogte.

Voorbereiding sperma – Swim Up

Equilibreer Gx-IVF zoals hierboven beschreven. Pipetteer 1 ml semen in een buisje, bedek het met 2 ml geëquilibreerd Gx-IVF en laat zaadcellen gedurende 30-60 minuten opzwemmen. Aspireer de bovenste laag en breng het over naar een nieuw buisje. Voeg 5 ml Gx-IVF toe om te spoelen, meng en centrifugeer gedurende 5-10 minuten op 300-600 g. Herhaal de spoelstap indien nodig. Verwijder het supernatant en resuspendeer de pellet in 0,5-1 ml Gx-IVF.

Voorbereiding sperma - dichtheidsgradiëntcentrifugatie

Equilibreer Gx-IVF zoals hierboven beschreven. De bereiding van dichtheidsgradiënten voor de selectieprocedure dient te gebeuren volgens de instructies voor de gebruikte dichtheidsgradiëntoplossing. Na centrifugeren voert u één of twee spoelstappen uit met Gx-IVF zoals beschreven in de bovenstaande Swim Up methode.

Eicelkweek

Bereid schaaltjes voor met Gx-IVF druppels (≥ 100 µL) onder olie voor ART-procedures of gebruik een groot volume (≥ 500 µL) met of zonder olielaagje. Equilibreer zoals hierboven vermeld. Spoel na de pick-up procedure de cumulus-eicelcomplexen minstens twee keer in Gx-IVF om rode bloedcellen en medium gebruikt voorafgaand aan de kweek te verwijderen.

Bevruchting

Voor bevruchting kunnen geselecteerde spermacellen in Gx-IVF bij de eicellen worden gebracht of eicellen in Gx-IVF kunnen bij spermacellen worden gebracht. Het aantal spermacellen dat wordt gebruikt voor inseminatie en de blootstellingstijd worden bepaald volgens standaard laboratorium procedures.

Intra-uteriene inseminatie (IUI)

Verwerk het ejaculaat met de swim-up of dichtheidsgradiëntcentrifugatie methode zoals hierboven beschreven. Verwerk de fractie bereid sperma in Gx-IVF voor IUI volgens standaard laboratorium procedures.

Specificaties

Aseptisch gefilterd	
Muisembryo test, 1-cel [% embryo's heeft zich na 96 uur ontwikkeld tot geëxpandeerde blastocysten]	≥ 80
Bacteriële endotoxines (LAL-test) [EU/ml]	< 0,25
Overleving menselijk sperma [% beweeglijkheid van de controle na 24 uur]	≥ 80
Getest op pH	
Getest op osmolaliteit	

LOT specifieke testresultaten zijn beschikbaar op het analysecertificaat dat steeds wordt meegeleverd.

Voorzorgsmaatregelen

Gooi het product weg indien de fles beschadigd is. Gebruik Gx-IVF niet als het er troebel uitziet.

Gx-IVF bevat humaan serum albumine.

Waarschuwing: Alle bloedproducten moeten als mogel